

参加施設用

令和6年度 画質評価票

施設コード				
-------	--	--	--	--

A. 解剖学的指標による評価 (70 点)

評価医師	
------	--

評価項目		評価摘要区分		画像 1	画像 2	画像 3
骨格系 20点	鎖骨 肋骨 胸郭	a	良く見える	10 9	10 9	10 9
		b	見える	8 7	8 7	8 7
		c	見えにくい	6	6	6
	胸椎	a	よく見える	10 9	10 9	10 9
		b	見える	8 7	8 7	8 7
		c	見えにくい	6	6	6
縦隔 10点	左肺動脈 下行枝	a	全体がよく見える	10 9	10 9	10 9
b		全体が見える	8 7	8 7	8 7	
c		部分的に見える	6	6	6	
気道系 10点	気管・ 主気管支	a	左主気管支下縁まで見える	10 9	10 9	10 9
b		分岐部・右主気管支下縁まで見える	8 7	8 7	8 7	
c		上縦隔部の気管が見える	6	6	6	
肺実質 30点	右横隔膜の描出	a	右肺下縁が見える	10 9	10 9	10 9
		b	肺血管が見える	8 7	8 7	8 7
		c	肺血管が見えにくい	6	6	6
	肺血管	a	右下肺外側末梢血管が側枝まで見える	20 19	20 19	20 19
		b	右肺野中層部血管影の太さが分かる	18 17	18 17	18 17
		c	右下行肺動脈の辺縁が明瞭に見える	16	16	16

B. 物理的指標による評価 (30 点)

評価技師	
------	--

コントラスト 10点	心血管及び 肩甲骨と肋骨外縁	a	コントラストが明瞭	10 9	10 9	10 9
		b	コントラストが適切	8 7	8 7	8 7
		c	コントラストがやや不適切	6	6	6
肺野濃度 8点	肺全体及び 第6-7後肋間	a	全体が適切	8 7	8 7	8 7
		b	中肺野は適切	6 5	6 5	6 5
		c	中肺野がやや不適切	4	4	4
縦隔濃度 3点	心臓・胸椎	a	心臓・胸椎の濃度が適正	3	3	3
		b	心臓・胸椎の濃度がやや足りない	2	2	2
		c	心臓・胸椎の濃度が不適切	1	1	1
粒状性 4点	肺野の粒状性	a	概ね適正	2	2	2
		c	荒い	1	1	1
	心臓下縁の粒状性	a	概ね適正	2	2	2
		c	荒い	1	1	1
鮮鋭度 3点	右下肺血管のボケ	a	概ね良好	3	3	3
		b	ややボケている	2	2	2
		c	ボケている	1	1	1
DR圧縮 1点	適正性	a	概ね適正	1	1	1
c		不適正	0	0	0	
ノイズ 低減処理 1点	適正性	a	概ね適正	1	1	1
c		不適正	0	0	0	
減点	第1胸椎両側横突起の欠如			-1	-1	-1
	肩甲骨排除不足			-1	-1	-1
	肺底部欠如			-1	-1	-1
	中心線からのズレ			-1	-1	-1
	過度な周波数処理			-1	-1	-1
	アーチファクト			-1	-1	-1

C. 総合評価